



Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

ESTUDOS PRELIMINARES

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA

1 Análise de Viabilidade da Contratação

1.1 Contextualização

Atualizar os equipamentos utilizados no atendimento dos servidores do TRE-CE e seus dependentes no Serviço de Assistência Médica e Odontológica é imprescindível para contribuir para a melhoria da qualidade dos procedimentos realizados, aumentando a oferta de recursos terapêuticos utilizados na Odontologia, Medicina e Enfermagem.

1.2 Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante Demandante	Kleirton Ibiapina Alves
Integrante Técnico	Ana Edite Coelho de Queiroz
Integrante Administrativo	Luanda Mara Lima Gomes

1.3 Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda

- Atender impreterivelmente às especificações do Termo de Referência;



Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

- Atender, se possível, aos produtos listados no Banco de Marcas do Termo de Referência, pois estes já tiveram sua qualidade testada pelo serviço. Caso não façam parte dessa lista, deverão ser apresentadas amostras dos produtos para análise.

1.3.1 Requisitos Funcionais

O equipamento a ser adquirido deve atender aos critérios técnicos especificados no Termo de Referência que originará o processo de compra.

Dessa especificidade deriva o “Banco de Marcas”, que visa garantir a aquisição de produtos com qualidade consagrada pelo uso. No caso de o produto ofertado com melhor preço não estar incluído nessa lista, deverá ter seus critérios funcionais submetidos à análise técnica pela equipe demandante, a fim de garantir sua usabilidade.

1.3.2 Requisitos Externos

- Registro na Anvisa;
- Obedecer às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

1.4 Produtos/Serviços Disponíveis no Mercado

Produto/Serviço 01	APARELHO PARA LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA
Fornecedor	https://dmcabc.com.br/produto/laser-dmc-therapy-ec/?gclid=CjwKCAjwk6-LBhBZEiwAOUUDpz3p5SRNUpDsEQS_ZkwYPGeAe7yEf2mmTEIY6oMUZ-58VKrVKGGcDBoC_8UQAvD_BwE
Descrição	APARELHO PARA LASER TERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA PORTÁTIL
Valor Estimado	R\$ 5.690,00 / UNIDADE
Observações	PARA O MODELO THERAPY EC / DMC NÃO HÁ NECESSIDADE DE AMOSTRA

1.5 Custos Totais da Demanda



Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

Solução	Item (insumos, serviços, garantia)	Custo Total Estimado
ITEM 1 APARELHO PARA LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA - PORTÁTIL	R\$ 5.690,00 / UNIDADE	R\$ 5.690,00

1.6 Escolha e Justificativa do Objeto

O equipamento a ser adquirido deve atender aos critérios técnicos especificados no Termo de Referência que originará o processo de compra.

A compra do equipamento solicitado resultará na melhoria quantitativa e qualitativa dos procedimentos ofertados aos servidores ativos e dependentes, bem como aos servidores inativos, o que se reflete na manutenção da saúde dos mesmos e prevenção de doenças, diminuindo as ausências e afastamentos dos servidores para tratamentos especializados.

1.7 Parcelamento do Objeto

O equipamento deverá ser adquirido por item, em compra única, através, preferencialmente de pregão eletrônico.

1.8 Adjudicação do Objeto

A adjudicação deverá ser realizada por um único fornecedor, uma vez que se trata de uma unidade do equipamento.

1.8.1 Descrição do Objeto

Equipamento de laserterapia portátil de baixa potência.

1.8.2 Alinhamento do Objeto

A aquisição do equipamento em questão resultará na melhoria da qualidade e quantidade de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem ofertados aos servidores ativos e dependentes, bem como aos servidores inativos, o que se reflete na manutenção da saúde



Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

dos mesmos e prevenção de doenças, diminuindo as ausências e afastamentos dos servidores para tratamentos especializados.

1.8.3 Benefícios Esperados

Ofertar tratamentos alternativos nas ações médicas, de enfermagem e odontológicas, diminuindo a necessidade de ausências por doenças e para tratamentos especializados.

1.8.4 Relação entre a Demanda Prevista e Contratada

A demanda, objeto desta contratação tem como base de cálculo principal o preço de mercado do equipamento pretendido.

1.8.5 Condições de habilitação, com requisitos mínimos no atestado de capacidade técnica, excluir a exigência de participação de ME e EPP.

Os licitantes deverão obedecer a todos os requisitos para a comercialização de insumos médico-hospitalares e odontológicos, bem como os requisitos para contratar com órgãos públicos.

1.9 Adequação do Ambiente

Natureza	Adequações necessárias
Infraestrutura Tecnológica	NENHUMA
Infraestrutura Elétrica	NENHUMA
Logística de Implantação	NENHUMA
Espaço Físico	NENHUMA
Mobiliário	NENHUMA
Impacto Ambiental	NENHUMA

1.10 Orçamento Estimado

Consulta de Mercado: R\$

R\$ 5.690,00

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 18/10/2021 07:59:29

Por: ANA EDITE COELHO DE QUEIROZ e outro



Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

2 Declaração de Viabilidade ou não da contratação

Levando-se em conta as informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a equipe de planejamento declara que esta contratação é viável .

2.1 Natureza do Objeto

Equipamento de laserterapia portátil de baixa potência.

2.2 Modalidade e Tipo de Licitação

Pregão eletrônico.

2.3 Classificação e Indicação Orçamentária

Item	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Valor
01	167625	449052	R\$ 5.690,00
Total			R\$ 5.690,00

2.4 Vigência da Prestação de Serviço

A entrega dos itens e, por conseguinte, a vigência do contrato deverá ser até 31 de Dezembro de 2022.

3 Anexo A - Lista de Potenciais Fornecedores

#	Nome
1	Nome: Central do Laser Site na web: Não tem Telefone: (85) 98832-3167



Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

	Email: artemiomello@hotmail.com Contato: Artêmio Mello
2	Nome: Dental Life Site na web: --- Telefone: (83) 3241-1322 / (83) 99925-8123 / (83) 98113-6297 / (81) 99997-8100 Email: dentallife@terra.com.br Contato: ---
3	Nome: Hélio César Site na web: http://www.bahiafix.com.br Telefone: (71) 3351-4640 / (71) 3015-7658 / (71) 99184-5363 / (71) 99257-6077 Email: vendasce@casadodentistace.com.br Contato: ---